



LZ.261.24P.2023.MC

Warszawa, dn. 30.03.2022 r.

Dot.: odpowiedzi na zapytanie nr 2 i 3 w postępowaniu na dostawę produktów do pracowni endoskopii - nr spr.: 24P/LZ/2023.

W związku z otrzymaniem zapytań w postępowaniu na dostawę produktów do pracowni endoskopii niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi:

Zapytanie Nr 2

1. Część 2: Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu na podstawie kwasu nadoctowego, nadtlenu wodoru i kwasu octowego, zgodny z obowiązującymi normami europejskimi zawartymi w PN EN 14885; Wysoka skuteczność biobójcza i sporobójcza już po 5 min.; Roztwór roboczy stabilny do 15 dni (kontrola aktywności dedykowanymi paskami), wysoka tolerancja materiałowa, nie uszkadza dezynfekowanych wyrobów 1 op=5 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie Nr 3

Część 1 Czy zamawiający dopuści:

Poz. 1 Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki o długości 3,4 mm (+0,6 mm), rozwarciu 6,5 mm (+1,5 mm). Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1200 mm, 1800 mm, 2300 mm - przy średnicy narzędzia 2,3 mm. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2 Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji średnica pętli: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 24mm, 36mm) lub bez średnica pętli 10mm,15mm Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 2300 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 4 Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11 mm (długość ramienia 9 mm) i 16 mm (długość ramienia 9,5 mm), stopień zagięcia ramion 135 stopni, długość narzędzia 2300 mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancierz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 5 Pułapka czterokomorowa na ssak, jednorazowego użytku, sterylna; z obrotowym wieczkiem, o długości silikonowej rurki 150 mm, z czterema widocznie ponumerowanymi sitkami połączonymi pierścieniem. Możliwość przepuszczenia zasysanej treści z pojemnika z pominięciem sitek. Pakowana



pojedynczo, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 8 Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 30mm. Średnica narzędzia 2,5mm, długość robocza 2300mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

z up. DYREKTORA SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ
Z-CA DYREKTORA DS. LOGISTYKI

Jacek Derek

/podpisano elektronicznie/